

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE
PREÇOS**

CONVÊNIO nº 042/SMS.G/2024

O INSTITUTO SUEL ABUJAMRA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n.º 05.095.474/0001-88, através da sua autoridade competente, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da Cotação Prévia de Preços de que trata do Processo **Proc. SEI-6018.2024/0069239-6_SERMAP**, que teve por objetivo a aquisição de **TONÔMETRO DE SOPRO**, em conformidade com a quantidade e especificações constantes no instrumento convocatório.

Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições do Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 424/16 e os princípios basilares da Lei Federal nº 14.133/2021.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO a cotação prévia de preços, referente ao item supracitado, e ADJUDICO ao proponente, conforme detalhamento abaixo. Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

IT E M	DESCRIÇÃO	QTDE	FORNECEDO R	VALOR UNITÁ RIO	VALOR TOTAL
21	TONOMETRO DE SOPRO – HNT-1P TONÔMETRO DE SOPRO AUTOMÁTICO: Especificações Técnicas mínimas: Tonometro de sopro com paquimetria sendo equipamento de alta precisão microprocessado/computadorizado para mediar a pressão ocular sem contato. Tonometro Computadorizado de mesa com faixa de medição de 0 a 60mmHg (0 a 30mmHg / 0 a 60 mmHg selecionável), distância de trabalho de 11mm, exibe as medições no monitor, mudança da direita para a esquerda automaticamente detectada e exibida, e medições para cada olho podem ser medidas e impressas. Modo de medição manual e automático selecionável, possuindo as opções de auto tracking 2D e 3D. Alinhamento: quando os pontos luminosos do alinhamento estiverem dentro da marca de alinhamento interno no modo automático a medição será automática. No modo manual o alinhamento mudará de uma caixa irregular para um modo sólido e quando o alinhamento ideal for atingido e ao acionar o interruptor as medições serão iniciadas. Realizar imagem do Ângulo da câmara do segmento anterior para análise do glaucoma. Indicações de erro quando o sinal de medições não estiver forte, o valor da pressão intra ocular PIO. Batente de segurança ajustável. A distância mínima entre a	01	OFT SERVICE COMERCIO IMPORTAÇ ÃO E SERVIÇO LTDA	R\$ 50.000,0 0 (cinquen ta mil reais)	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

	frente do equipamento e o paciente pode ser determinada com antecedência. Temperatura operante 10 a 40C° . Percurso básico mínimo de 40mm (trás e frente), mínimo de 88mm direita/esquerda, 28 mm Vertical. Deslocamento vertical de apoio para o queixo de no mínimo 68mm. Alimentação automática 100 - 240VAC – 50/60Hz MARCA: HUVITZ / MODELO: HNT-1P				
--	--	--	--	--	--

Agradecemos a todos os fornecedores que enviaram os orçamentos para o Instituto Suel Abujamra.

São Paulo, 28 de outubro de 2024.



Caio Abujamra
Diretor Presidente